

周辺機器等一覧

品名	規格	数量
患者統計用PC・プリンター	dynabook KIRA PLZ93TZ-NNA Microsoft Office ソフト含めること、PIXUS MG7730	1 式
下駄箱	千代田テクノルSBN-20	1 個
スリッパ殺菌ディスペンサー	SSDX(株式会社IHIシバウラ)	1 個
スリッパ	千代田テクノルB0506001、B0506002各15足	30 個
ハンドクロズモニタ	ALOKA MBR-551B	1 個
スノコ	千代田テクノル4-125-05	1 個
画像解析用PC・プリンター	iMac 21.5インチiMac Retina 4K メモリ16GB、2TB Fusion Drive、Magic Mouse 2、Magic Trackpad 2、Magic Keyboard、Final Cut Pro X、Apple USB SuperDrive、AirMac Time Capsule 2TB、Microsoft Office 365 Soloを含めること	1 式
貯蔵箱	産業科学株式会社 SK-928 (Pb30mm)相当	1 個
安全キャビネット	千代田テクノル SC-1802B2CTC (1300mm) 据え付け作業を含めること。	1 個
ラムダプロテクター	千代田テクノル LP-20-300	1 個
キュリーメータ	ALOKA IGC-7F ラベルプリンタ付属すること	1 個
エリアモニタ(半導体式)	富士電機 据え付け、接続作業を含めること	1 個
鉛衝立	千代田テクノル 木製衝立 Pb5mm 900mmx1800mm程度	2 個
自動注入器	ユニバーサル技研 UG-01 UG-01-001を120個付属させること	1 個
注入器用衝立	ユニバーサル技研 UG-01-SA	1 個
注射台	ユニバーサル技研 WU-4A	1 個
高速遮シリンジシールド	ユニバーサル技研 UG-WS-F 簡易抜き取り装置を付属させること	1 個
ベッド	マツヨシ BC-ET7055	1 個
エリアモニタ(半導体式)	富士電機 据え付け、通線作業を含めること	1 個
体重計	マツヨシ PH-550A(検定付)	1 個
救急カート	METRO Lifeline	1 個
生体モニター	フクダ電子 ベッドサイドモニタDS-8100システム	1 式
ストレッチャー	MURANAKA NST-2	1 個
ユニット棚一式	NAVIS NR-650DL,NR-DST2,NRT-75,NRT-150	1 式
患者用椅子	NAVIS QZY-02	2 個
椅子	NAVIS CH-B200XR	1 個
腕枕	NAVIS VC	4 個
点滴スタンド	NAVIS 5輪キャスター・グリップ付ピンク	1 個
注射台	マツヨシ SN-IV01BU	1 個
カート	マツヨシ MY-IW215、MY-1104Y、NAVIS C-1M (各1台)	3 台
リクライニングチェア	オリバー SSH-109リクライナー、SSH-109・A・OT	4 式
リクライニング車椅子	マツヨシ No.228	1 個
監視カメラ*1	据え付け、接続作業を含めること	6 個
エリアモニタ(半導体式)	富士電機 据え付け、接続作業を含めること	1 個
患者統計用PC・プリンター	LaVie Desk All-in-one DA970/AAB、PIXUS MG5630相当	1 式
操作台	KOKUYO ALIOS SD-AN1275CP81PAW	6 個
作業台	KOKUYO MT-JTMR159S81MAW	1 個
ワゴン	KOKUYO SD-BSN46C3F11N3	2 個
椅子	KOKUYO Gufo CR-G2703E1	5 個
監視モニター*1	据え付け、接続作業を含めること	1 個
監視カメラ*1	据え付け、接続作業を含めること	2 個
衝立	東海電子硝子 Pb5mm 900mmx1800mm程度	1 個
窓付き衝立	中外テクノス RM-211 クラレトレーディング製。袖の高さは当院に合わせる事。	1 個
モニター付撮影補助具	ORION電機	1 式
音響設備	据え付け、接続作業を含めること	1 式
貯蔵箱Pb30mm(校正線源用)	導入装置機種の校正用線源が入ること。	1 個
管理区域標識	富士電機 必要個所に標識を取り付けること	25 個
サーバイ(電離箱)	アロカ製 ICS-323C	1 個
サーバイ(GM)	アロカ製 TGS-146B	1 個
γガスモニタ(NaI式)	富士電機 据え付け、接続作業を含めること	1 個
放射線監視システム	富士電器 当院既設の放射線中央監視システムの更新、接続作業を含めること	1 式
PETファントム	NEMA BODY ファントム一式	1 式
監視カメラ(廊下)*1	据え付け、接続作業を含めること	4 個

*1 監視カメラ・モニター式について ネットワーク式であること。カメラ内訳 PTZ4台、ドーム型8台とし、モニタレイアウトは発注者と協議すること。

※ 上記備品は発注者と協議の上、同等品以上でも可とする。